

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 1,2 V=
 I_f . . . 0,05 A
 U_a . . . +120 V=
 U_{g1} . . . -6 V=
 U_{g2} . . . +120 V=
 I_a . . . 4,7 mA
 I_{g2} . . . 0,85 mA
 S . . . 1,1 mA/V
 R_i . . . 500 k Ω
 R_a . . . 22 k Ω

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +150 V=
 U_{g2} . . . +150 V=
 I_k . . . 8 mA
 R_{g1} . . . 2 M Ω
 N_a . . . 1 W
 N_{g2} . . . 0,2 W
 N . . . 0,35 W
 bei d . . . 10 %
 $U_{g\sim}$. . . 4 V

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 1 V~
 U_a . . . +150 V=
 U_{g1} . . . 0 & -2 V=
 U_{g2} . . . +60 V=

**In Stellung 3**

wird Signal „F“ angezeigt. Dies ist durch die Sockelschaltung bedingt und ist in Ordnung.

In Position 3 the meter pointer marked „F“ on account of the base diagram; that is all right.
En Position 3 l'aiguille renseigne „F“, c'est en ordre.

**In Stellung 13
auf Steuerwirkung
prüfen**

In position 13 is to prove the control grid.
En position 13 vérifier l'action de commande de la grille.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 54

DL 11

End-Pentode / Output Pentode / Pentode de puissance.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

0

2

4

6

8

10 mA

