

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f . . . 0,43 A
 U_a . . . +60 V=
 U_{g1} . . . -3,7 V=
 I_a . . . 6,5 mA
 S . . . 3,6 mA/V
 μ . . . 11
 R_i . . . 3 k Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 6,3 V~
 U_a . . . +60 V=
 U_{g1} 0 & -2 V=

In Stellung 13
auf Steuerwirkung

prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

1023

Röhrenmeßgerät Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4, 58.

Grenzdaten:

Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +300 V=
 I_k . . . 16 mA
 R_{g1} . . . 3 M Ω
 N_a . . . 1 W
 U_{fk} . . . 100 V

ECF 83

Triode + Pentode
 Karte 1023 + Karte 1024

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

