


12 G 7 Duodiode — Triode

12 G 7 G

12 G 7 GT

12 Q 7 GT



Prüfung „I. System“
Taste drücken



D_{II} ● A 10 Volt
 D_I ●

Sollwert: 0,5-0,6 mA

● M

● K

● F


Heizung: 12,6 Volt

● F

Hauptinstrument

Bereich

● **12 mA**



Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25