


12 Q 7 Duodiode — Triode

12 Q 7 G

Hauptinstrument
Bereich

● **12mA**



A 10 Volt

● D_{II}

● D_I

Sollwert: 0,5-0,6mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken

● M

● K

● F

Heizung: 12,6 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25