12 SR 7
VT 133

Duodiode – Triode



Hauptinstrument

Bereich

1,2 mA

D_{II} A 10 Volt

D_I

Sollwert: 0,5-0,6mA

Prüfung „II. System
Taste drücken

M K F F

Heizung: 12,6 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25