


1 D 8 GT

CV 1811


Triode

Diode

Pentode



Oktal-K8A



J_A - Bereich

A

67,5 V

1,2

J_A 0,6 mA

U_I

0 V

F

F

Heizung 14 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

Heizung	F	14	V
U_I	G_1	0	-V
U_{II}			-V
U_{III}			V
U_{IV}			V
A		67,5	V

Richtströme

J_A	0,6	mA
J_{G_2}		mA
S	0,45	mA/V