2 F 7 Triode — Pentode



Hauptinstrument
Bereich

● 6mA

● A 100 Volt

Sollwert: 3,5mA

● ● ●

● U_I 3 Volt

● G_{1Tr}

● K

● F

Heizung: 2,5 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25