


**815**

Pentode I—Pentode II

**VT 287**



*Hauptinstrument  
Bereich*

**30mA**

*A 500 Volt*

**Sollwert: 11mA**

$U_{III}$  125 Volt

$G_2$

$U_I$  15 Volt

$G_{1II}$

$K, G_3$

$F$

Heizung: 12,6 Volt

$F$

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25