


BCH 1 Triode - Hexode

Hauptinstrument
Bereich

● **6mA**



● A 100 Volt

Sollwert: 5mA

●

●

●

● U_T 3 Volt

● G_{Tr}

● K

● F

Heizung: 24 Volt / 180 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25