


CBL 6

Duodiode - Pentode

Hauptinstrument

Bereich

● **1,2 mA**



A 10 Volt

● D_{II}

● D_I

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



F ●

● K

Heizung: 44 Volt/200 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25