


DF 904 Pentode

1U4

*Hauptinstrument
Bereich*

● **3mA**



● *A 90 Volt*

Sollwert: 1,6 mA

● *U_{II} 90 Volt*

● *G₂*

● *U_I 0 Volt*

● *G₁*

● *F*

● *F*

Heizung: 1,4 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25