


EBC 1 Duodiode - Triode



Hauptinstrument
Bereich

1,2 mA

D_{II}
 D_I A 10 Volt

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „I. System“
Taste drücken!

K

F

Heizung: 6,3 Volt

F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25