


EBC 33 Duodiode - Triode

Hauptinstrument
Bereich



D_{II} ●
 D_I ● A 10 Volt

● 1,2 mA

Sollwert: 0,8 mA

● ● ●

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● M

● K

F ●

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25