


ECL 113 Triode-Pentode

Hauptinstrument
Bereich

● **3mA**



● A 150 Volt

Sollwert: 2mA

● ● ●

● U_T 1 Volt

● GTr

● K

● F

Heizung: 6,3 Volt

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25