



ECLL 800 DOPPEL Pentode


System I Triode



J_A - Bereich

30

J_A 24 mA



Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U_I	G_{II}	9	-V
U_{II}	G_3	50	-V
U_{III}	G_2	250	V
U_{IV}			V
A		250	V

Richtströme

J_A	24	mA
J_{G_2}	4,5	mA
S	6	mA/V

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte