



ECLL 800 DOPPEL Pentode

System II Triode

A



J_A - Bereich

30

U_{II} G_{II} J_A **24** mA ^{250 V}
 U_{III} G_{II}
 U_I **50 V** G_{II}
 $250 V$ A_T A_{II} K
 $9 V$ F F

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U_I	G_I	9	-V
U_{II}	G_3	50	-V
U_{III}	G_2	250	V
U_{IV}			V
A		250	V

Richtströme

J_A	24	mA
J_{G_2}	4, 5	mA
S	6	mA/V