


HABC 80 Diode - Duodiode - Triode

19T8


Hauptinstrument
Bereich



D_I ● A 10 Volt

● 1,2 mA

Sollwert: 0,6-0,7 mA



Heizung: 19 Volt
150 mA

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25