

UABC 80

Diode - Duodiode - Triode

Hauptinstrument
Bereich


● D_{III}

A 10 Volt

● **1,2 mA**

● D_{II}

Sollwert: 0,8-1 mA



Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● K_{II}
● F

● D_I

● K_{III}

Heizung: 28,5 Volt
100 mA

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25