


# UAF 21

Diode - Pentode

Hauptinstrument  
Bereich



30mA ●

● A 200 Volt

Sollwert: 6mA

●  $U_{III}$  100 Volt

●  $G_2$

●  $U_I$  2 Volt

●  $G_1$

D ● ●  $G_3$  ● K

F ●

Heizung: 20 Volt/100mA

● F

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25