

UCH 21

Triode - Heptode

Hauptinstrument

Bereich

● **6mA**

● **A 150 Volt**

Sollwert: 3,5mA

●

●

●

●

U_T 6 Volt

●

G_{1Tr}

K

●

●

F

●

F

Heizung: 20 Volt, 100 mA

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

