


VBF 11

Duodiode – Pentode

Hauptinstrument
Bereich



D_{II}
 D_I A 10 Volt

● **1,2 mA**

Sollwert: 0,8 mA

Prüfung „II. System“
Taste drücken!



● F

● K

Heizung: 38 Volt/50 mA

● F

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25